

化学安全チェックリスト②

漏洩防止

水銀の保管

スチール製の容器に入れ、名称を表示する

紛失・盗難防止

掲示物(毒劇物)

毒劇物が入った保管庫には医薬用外毒物及び劇物の掲示をする

紛失・盗難防止

保管庫(毒劇物)

毒劇物が入った保管庫は、金属製で持ち運びが容易でないものにする

紛失・盗難防止

保管庫(施錠)

毒劇物が入った保管庫は施錠する(かぎを挿しっぱなしにしない)

爆発物原料

塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム

爆発物の原料となり得る化学物質として、劇物に準じた管理が必要です(掲示を除く)。

火災対策

危険物の保管

室内に指定数量の0.2倍を超える数量の一斗缶を保管しない

実験室当たり、一斗缶(18L)1つくらいが限度です

紛失・盗難防止

保管

毒劇物は指定の保管庫に戻す

紛失・盗難防止

記録

毒劇物は使用量を記録する

紛失・盗難防止

保管庫(鍵)

毒劇物の保管庫の鍵は第三者が使用できないようにする

