

# 化学安全チェックリスト③

## 中毒・健康障害防止

### 局所排気装置

- 局所排気装置を使用する
- 局所排気装置がない場合、有機溶剤及び特定化学物質の使用量を記録する

## 吸入防止

### 定期自主検査

定期自主検査を実施して、点検済みシールを貼る

#### 定期自主点検

使用前、1ヶ月、1年ごとに定期自主検査を行ってください。

- ドラフトチャンバー
- オートクレーブ
- 遠心分離機

1年ごとに行った点検記録は3年間保管してください。

自主点検済  
年月日

## 下水道への流出防止

### 小分け表示

化学物質を入れた容器に表示する

化学物質名

- ・引火性液体
- ・吸入すると有害
- ・火気厳禁



「化学物質名」、  
「人体に及ぼす作用」の表示が必要です

## 健康障害防止

### 廃棄物の適正処理

#### 整理

室内に不要な廃液タンク・実験廃棄物等を置かない

### 廃棄物の適正処理

#### 廃棄物の分別

実験廃棄物は一般廃棄物と分別する

## 中毒・健康障害防止

### 掲示物

危険有害物質の取扱い  
注意事項を掲示する

## 下水道への流出防止

### 掲示物

排水ガイドラインなどを  
掲示する  
緊急連絡網に連絡先を  
記入する

## 下水道への流出防止

### 流出防止

流し台周辺に薬品及び  
廃液入れを置かない  
排水への有害物質  
漏洩防止のため